

Rzgów, 18.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1/2018
NA ZAKUP FOTELI GINEKOLOGICZNYCH
W RAMACH PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI
W RAMACH

Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałania: I.2.1.: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Tytuł projektu: „Rozwój laboratorium B+R w zakresie opracowania skutecznych metod leczenia niepłodności u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup nowych foteli ginekologicznych

**I. ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
Z OFERENTAMI:**

Gameta-Szpital Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. kom.

ul. Rudzka 34/36; 95-030 Rzgów

Osoba uprawniona do kontaktów:

Paulina Książczyk

e – mail: pkiaszczyk@gameta.pl; telefon: 42 279 07 30

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1. Fotel ginekologiczno-urologiczny (wersja diagnostyczna do badań) Ilość szt. - 1

KOD CPV: 33192000-2

Nazwa kodu CPV: Meble medyczne

Minimalne parametry:

- Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska,
- Bezszwowe materace segmentów fotela wykonane z materiału odpornego na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne,
- Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łątwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego,
- Zintegrowany uchwyt na ręczniki,
- Podpory pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego 1 para,
- Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z odpływem i wiadrzem z tworzywa sztucznego,
- Schodek nasuwany na podstawę fotela pokryty obudową z tworzywa sztucznego z możliwością demontażu,
- Strzemiona na nogi,
- Bezpieczne obciążenie min. 150 kg,
- Szerokość leża i oparcia pleców 600 mm,
- Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Długość x szerokość podstawy fotela 900x600mm,
- Regulacja segmentu plecowego 0-78 stopni elektryczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Regulacja segmentu siedzenia 0-20o elektryczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Programator 3 pozycji zabiegowych sterowany za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Stała pozycja segmenty głowy,
- CE deklaracja zgodności,
- Gwarancja minimum 48 miesięcy,
- Wyposażony w koła z hamulcami.

2. Fotel Ginekologiczno-urologiczny (wersja diagnostyczna do badań z dodatkowym segmentem nożnym)

Ilość szt. - 2

KOD CPV: 33192000-2

Nazwa kodu CPV: Meble medyczne

Minimalne parametry

- Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki,
- Bezszwowe materace segmentów fotela wykonane z materiału odpornego na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne,
- Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łątwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego,
- Zintegrowany uchwyt na ręczniki,
- Podpory pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego - 1 para,
- Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z odpływem i wiadrem z tworzywa sztucznego,
- Schodek nasuwany na podstawę fotela pokryty obudową z tworzywa sztucznego z możliwością demontażu,
- Podpórki podudzia w kolorystyce blatów fotela,
- Bezpieczne obciążenie min 150 kg,
- Szerokość leża i oparcia pleców 600 mm,
- Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Długość x szerokość podstawy fotela 900x600mm,
- Regulacja segmentu plecowego 0-78 stopni elektryczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Regulacja segmentu siedzenia 0-20o elektryczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Programator 3 pozycji zabiegowych sterowany za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Stała pozycja segmenty głowy,
- CE deklaracja zgodności,
- Gwarancja minimum 48 miesięcy,
- Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Wyposażony w koła z hamulcami,
- Fotel wyposażony w segment nożny w kolorze blatów fotela szt. 1 nakładany manualnie dla uzyskania pozycji leżącej - regulowany elektrycznie.

3. Fotel Ginekologiczno-urologiczny (wersja zabiegowa)

Ilość szt. - 1

KOD CPV: 33192000-2

Nazwa kodu CPV: Meble medyczne

Minimalne parametry:

- Fotel 4 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska oraz wysuwanego segmentu nożnego spod siedziska do pozycji leżącej,
- Bezszwowe materace segmentów fotela wykonane z materiału odpornego na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne,
- Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łątwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego,
- Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców,
- Para listew ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia na elemencie segmentu siedzenia 1 para,
- Para listew ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia na elemencie segmentu plecowego 1 para,
- Podpory pod rękę pacjenta z tworzywa sztucznego z możliwością szybkiego demontażu z listew 1 para,
- Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z odpływem i wiadrzem z tworzywa sztucznego,
- Podpórki podudzia w kolorystyce blatów fotela wyposażone w rzepy mocujące z możliwością szybkiego demontażu z listwy siedzenia,
- Fotel wyposażony w kółka średnica z indywidualnymi hamulcami,
- Szerokość leża i oparcia pleców 600 mm,
- Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Długość x szerokość podstawy fotela 900x600mm,
- Regulacja segmentu plecowego 0-78 stopni elektryczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Regulacja segmentu siedzenia 0-20 stopni elektryczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Regulacja wysuwu segmentu nożnego spod siedziska elektromechanicznie za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Regulacja segmentu głowy +/-30o manualna -przycisk sprężyny gazowej,
- Programator 3 pozycji zabiegowych sterowany za pomocą kablowego pilota ręcznego,
- Pozostałe niezbędne wyposażenie do fotela: stojak kroplówki z regulacją wysuwu, poliuretanowa podpórka infuzyjna ręki szt 1, ekran anestezjologiczny z regulacją wysuwu,
- Gwarancja min 48 miesięcy, przeglądy okresowe sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15.02.2018 roku.

V. MIEJSCE DOSTAWY

Miejsce wykonania zamówienia: 95-030 Rzgów; ul. Rudzka 34/36

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):

1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.

3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należyłą starannością.
4. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
5. Oświadczam, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, ostemplowana pieczęcią firmową. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być ważna przez okres minimum 30 dni. W ofercie należy podać termin jej ważności. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2018 r. do godziny 09:00.

- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Gameta-Szpital Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. kom.; ul. Rudzka 34/36 95-030 Rzgów, sekretariat I piętro lub
- w formie elektronicznej na adres: sekretariat@gameta.pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: **„Oferta na zakup sprzętu postępowanie nr 1/1/2018”**

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

X. TERMIN I MIEJSE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2018 o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XI. OCENA OFERT

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100.

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z przedmiotem zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert:
 - Cena brutto – waga 100 %.

Oferent podaje w formularzu ofertowym łączną cenę brutto zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kryterium ocenione będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Oferenta na Formularzu Ofertowym, wg. następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n}{C_{ob}} \times 100$$

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę

C_n – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

C_{ob} – cena zaoferowana w ofercie badanej

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia (m. in. transport, montaż). Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena brutto określona w ofercie.

XII. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - zmiany warunków udzielenia zamówienia,
 - unieważnienia postępowania,
 - nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 - pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy